Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko | Dofinansowane przez Unię Europejską | NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Dotyczy: umowy o powierzenie grantu realizowanego w ramach projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data zapytania	5.11.2026
Nazwa i adres Grantobiorcy / Zamawiającego	"Auxilium" s.c. Aleksandra Harla, Urszula Harla ul Spacerowa 9, Bogoria 28-210
NIP Grantobiorcy / Zamawiającego	8661683081
Przedmiot zamówienia	aparat USG wszechstronny w tym Doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej , 1 sztuka
Planowany termin realizacji	13.11.2026 – 30.11.2026
Termin przesłania oferty	na adres email wiktorgorski@gmail.com do dnia 13.11.2026 godz. 11:00

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:
   Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja aparatu USG wszechstronnego - 1 sztuka.
   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
2. **Wymagany termin wykonania zamówienia**: maksymalnie do 4 tygodni od podpisania umowy.
3. **Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:**
   Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać u Pani URSZULI HARLA pod numerem telefonu 605 680 961 lub mailowo urszula.harla@gmail.com
4. **Opis wymagań stawianych wykonawcy:**
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia oraz w związku z przepisem art.1 pkt3 ustawy z dn. 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) złożą oświadczenie, iż nie są podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w BIP MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami.
5. **Zawartość oferty.**
   Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty: ofertę wykonawcy, sporządzoną na wzorze Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.
6. **Forma, miejsce i termin złożenia oferty:**

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelną i trwałą techniką, na załączonym wzorze formularza ofertowego.
- Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 13.11.2026 r. do godz. 11:00** przesyłając ofertę pocztą elektroniczną na adres: wiktorgorski@gmail.com lub składając w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego osobiście lub wysyłając pocztą na adres zamawiającego (liczy się data i godz. wpływu przesyłki do siedzibie zamawiającego lub na skrzynkę elektroniczną wiktorgorski@gmail.com).
- Oferty niekompletne lub niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Oferty otrzymane przez zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i nie zostaną zwrócone wykonawcy.
- Wykonawca ma prawo wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę brutto (w tym podatek VAT)
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

8. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Najniższa cena – 60%.
  Sposób obliczenia punktów: punkty zostaną przyznane według wzoru: **C = (Cmin / Cb) × 60 pkt**
  gdzie:
  C – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium „Najniższa cena",
  Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
  Cb – cena brutto oferty badanej.
- Jakość – 40%: z czego każda z poniższych cech stanowi 10%.
  Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczeń Wykonawcy złożonych w Formularzu ofertowym, zgodnie z punktacją wskazaną przy każdym parametrze punktowanym (maksymalnie 40 pkt).

Łączna liczba punktów oferty zostanie obliczona według wzoru: **P = C + J** gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty badanej,
C – liczba punktów w kryterium „Najniższa cena",
J – liczba punktów w kryterium „Jakość".
Maksymalna łączna liczba punktów wynosi 100. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Parametry punktowane:

1) Głowica convex oraz głowica sektorowa (kardiologiczna) wykonane w technologii pojedynczego kryształu (Single Crystal).
   TAK: 10 punktów; NIE: 0 punktów.
2) Głowica liniowa o zakresie częstotliwości obejmującym min. 3,0–13,0 MHz.
   TAK: 10 punktów; NIE: 0 punktów.
3) Doppler ciągły (CW) dostępny na oferowanej głowicy sektorowej (kardiologicznej), zawarty w cenie oferty.
   TAK: 10 punktów; NIE: 0 punktów.
4) Oprogramowanie DICOM 3.0 zainstalowane w aparacie, zawarte w cenie oferty.
   TAK: 10 punktów; NIE: 0 punktów.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert: Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawierająca nazwę (firmę), siedzibę oraz adres wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Wiktor Górski

Bogoria, dnia 05.11.2026 r.

Wiktor Górski - Pełnomocnik

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Aparat USG wszechstronny z Dopplerem, przeznaczony do diagnostyki kardiologicznej i naczyniowej oraz badań jamy brzusznej i tarczycy, wyposażony w pakiet pomiarów kardiologicznych – 1 sztuka.

L.p.	Opis wymaganych parametrów
Wymagania ogólne	
1.	Aparat ultrasonograficzny fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy i niedemonstracyjny, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026.
2.	Aparat stacjonarny na mobilnej podstawie jezdnej. Zasilanie sieciowe 220–240 V.
3.	Kolorowy monitor LED wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 21", zamontowany na ruchomym ramieniu umożliwiającym regulację jego położenia.
4.	Kolorowy panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 12".
5.	Min. 4 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych.
6.	Wbudowane archiwum badań na dysku twardym HDD lub SSD. Eksport badań na nośnik np. USB.
Tryby obrazowania i funkcje	
7.	Tryb B, M-mode, obrazowanie harmoniczne.
8.	Obrazowanie złożone przestrzennie (wielokierunkowe nadawanie i składanie wiązki ultradźwiękowej) oraz funkcja redukcji szumów i plamkowania obrazu.
9.	Doppler kolorowy (CD) oraz Power Doppler, w tym Power Doppler z detekcją kierunku przepływu.
10.	Doppler pulsacyjny (PW) oraz tryb Triplex (B + CD/PD + PW) w czasie rzeczywistym.
11.	Pakiety pomiarowe wraz z raportami co najmniej dla badań kardiologicznych, naczyniowych, jamy brzusznej i małych narządów.
Głowice i wyposażenie	
12.	Głowica convex do badań jamy brzusznej, urologicznych i naczyniowych. Zakres częstotliwości obejmujący min. 2,0–5,0 MHz.
13.	Głowica liniowa do badań tarczycy, małych narządów, tkanek miękkich i naczyniowych. Zakres częstotliwości obejmujący min. 4,0–11,0 MHz.
14.	Głowica sektorowa (phased array) do badań kardiologicznych. Zakres częstotliwości obejmujący min. 2,0–4,0 MHz.
15.	Videoprinter czarno-biały.
Inne	
16.	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu.
17.	Oferowany aparat musi być kompletny i gotowy do wykonywania badań po zakończeniu instalacji i uruchomienia.
18.	Okres gwarancji min. 24 miesiące, obejmujący wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. Serwis na terenie RP.

Wykonawca potwierdza spełnienie wszystkich powyższych parametrów w Formularzu ofertowym.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

.....
.....
.....
Pełna nazwa Wykonawcy, adres siedziby, NIP lub pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty pn.: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja aparatu USG wszechstronnego - 1 sztuka" oferuję/oferujemy wykonanie dostawy i usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: **Aparat USG wszechstronny – 1 sztuka.**

Producent: ..... **Kraj pochodzenia:** .....

Nazwa i typ: .....

- w kwocie **netto:** ..... **PLN,** (słownie: .....
  ..... zł ...../100)
- w kwocie **brutto:** ..... **PLN,** (słownie: .....
  ..... zł ...../100)
- w tym **podatek VAT** w wysokości 8%: ..... **PLN.**

Oferowana data dostawy urządzenia: .....

2. Oświadczam / Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Oświadczam / Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia **spełnia wszystkie funkcje i parametry techniczne wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Zał. 1).**
4. Oświadczamy, że:
   1) Jestem/ jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
   2) Posiadam / Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
   3) Posiadam / Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
   4) Znajduję się / Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.
5. **Oświadczenie o braku współpracy z Rosją:** W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązanym z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w BIP MSWiA.
6. Oświadczam / Oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia **spełnia poniższe parametry punktowane:**

LP	Parametr punktowany	TAK jeśli spełnia / NIE jeśli nie spełnia
1.	Głowica convex oraz głowica sektorowa (kardiologiczna) wykonane w technologii pojedynczego kryształu (Single Crystal).	TAK* / NIE*
2.	Głowica liniowa o zakresie częstotliwości obejmującym min. 3,0–13,0 MHz.	TAK* / NIE*
3.	Doppler ciągły (CW) dostępny na oferowanej głowicy sektorowej (kardiologicznej), zawarty w cenie oferty.	TAK* / NIE*
4.	Oprogramowanie DICOM 3.0 zainstalowane w aparacie, zawarte w cenie oferty.	TAK* / NIE*

* - niewłaściwe skreślić

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis